

測定バッジ FAX 専用注文用紙

A面

(株)オーピス FAX:大阪 06-6167-0665 又は 東京 03-5414-0102

必須

A・B両面をよくお読みになって
からのご注文をお願い致します

ご注文方法と手順

1. A面下半分の太枠内をご覧頂き、必要な測定バッジの種類と個数をご確認下さい。
2. ご注文前に「測定バッジの個数 × 5,355 円 (税込)」を下記口座へお振り込み下さい。
お振り込み手数料はご負担下さい。

口座名義	三菱東京UFJ銀行	恵比寿支店	普通	1191098
株式会社オーピス	みずほ銀行	恵比寿支店	普通	1230727

「特急分析」の料金は、分析機関へ直接お支払い頂きます。お振り込み先口座が異なりますのでご注意ください。詳しくは商品に同梱の「特急分析依頼用紙」をご覧ください。

3. 「振り込み証明資料貼付欄」(A面上半分)に振り込み証明資料を貼付して下さい。
銀行の領収書・インターネットバンキングでのお振込みの完了が確認できる箇所をプリントアウトしたもの等、弊社の口座と金額、お振り込み日が確認できるものを貼付して下さい。
振り込み証明資料が太枠内の記入欄(A面下半分)に重ならない様、ご注意ください。
この欄に収まらない大きさの場合は、別途FAXをお願い致します。
4. A面下半分の太枠内に必要事項をご記入の上、FAXにてお申し込み下さい。
FAX送信先は大阪商品発送センター・東京事務所のどちらでも結構です。
ご記入方法などについて、ご不明な点がございましたら、お電話にてお問い合わせ下さい。
5. 発送日をFAXでお知らせします。
ご注文確認後、翌営業日の午前中までに発送日を「ご注文確認FAX」にてお知らせ致します。
届かない場合は、弊社までお問い合わせ下さい。

振り込み証明資料貼付欄

全てにご記入下さい

ご注文日 : 平成 年 月 日

TEL		FAX	
ご住所 〒			
御社名		お名前(ご担当者)	
○印をご記入下さい。○印が無い場合は「一般住宅」の測定および「通常発送」としてお受け致します。			
測定場所 学校・幼稚園・保育園・公共建築物(営繕) 公共住宅・一般住宅・その他()		発送方法 通常発送・至急発送 (詳しくはB面をご覧ください)	
①測定バッジF (ホルムアルデヒド用)	個	計 1個あたり 5,355円(税込) ※分析・報告料込みの代金です ※F・V4・V5は同額です	合計金額 円
②測定バッジV4 (トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン用)	個		
③測定バッジV5 (トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン・パラジクロロベンゼン用)	個		

(株)オーピス
(2011年5月版)

大阪商品発送センター (TEL) 06-6167-0661 (FAX) 06-6167-0665
東京事務所 (TEL) 03-5414-1221 (FAX) 03-5414-0102
《営業時間 9:30~17:00 土・日・祝休》

品質保証期限について

測定バッジFは 製造日より6ヶ月、測定バッジV4とV5は 製造日より1年となっておりますが、輸送や在庫の都合上、製造日より1～2ヶ月経過した商品がお手元に届くことがございます。
品質保証期限を経過した測定バッジは分析できませんので、ご注文日より3ヶ月以上先に測定をご予定の場合は、必ず事前にご相談下さい。

お届けについて

- ・ **通常発送**：送料無料で、ご注文の翌日～4日以内（休業日を除く）に発送致します。
発送日・到着日・時間帯・運送会社はご指定頂けません。
- ・ **至急発送**：優先して発送致します。ヤマト運輸の送料着払いでのお届けとなりますので、お受け取りの際に送料をお支払い下さい。（商品代金はご注文前にお振り込み下さい）
- ・ 在庫が無い場合などは、上記の限りではございませんので、何卒ご了承下さい。
- ・ 見積書・請求書・納品書は、商品に同梱させていただきますが、ご指定の様式等がございます場合は事前にご連絡下さい。

返品・交換について

- ・ 商品の特性上、発送後のキャンセル、不良品以外の返品・交換はお受け致しかねます。
- ・ 本体と分析・報告はセット販売の為、未使用の場合でも分析費等の返金は致しかねますのでご了承下さい。

分析について

- ・ 測定後は、分析機関に直接、測定バッジをお送り下さい。
分析機関に到着後、約10日以内に分析結果を発送致します。
- ・ お急ぎの場合は、分析機関に到着後、2～3営業日で結果を発送する「特急分析」をご利用下さい。
- ・ 通常の分析・報告料は、測定バッジの商品代金に含まれますが、「特急分析」をご利用の場合は、特急料金として別途2,100円/個（税込）を分析機関へお支払い頂く必要がございます。
- ・ 「特急分析」のお申し込み方法、及び、特急料金のお振り込み先口座につきましては、商品に同梱の「特急分析依頼用紙」をご覧くださいませ、お願い致します。

アセトアルデヒドの測定について

- ・ アセトアルデヒドは「測定バッジF」で測定し、また、分析には「ブランクバッジ」が必要です。
なお、アセトアルデヒド以外の分析には、ブランクバッジは必要ございません。
- ・ ブランクバッジとは、新品・未開封の「測定バッジF」のことです。開封してしまうとブランクバッジとして使用できなくなりますのでご注意下さい。
- ・ 測定に使用する測定バッジF1個につき、ブランクバッジ1個が必要です。ただし、1棟の建物内で同時に複数の部屋を測定して、まとめて分析機関へ送って頂く場合に限り、ブランクバッジを1棟につき1個に省略できます。同じ建物内でも、施工前と施工後にそれぞれ測定する場合や、別の日に測定する場合などは、それぞれにブランクバッジが必要ですのでご注意下さい。
- ・ アセトアルデヒドを分析する場合、測定に使用する測定バッジとブランクバッジは同じ製造日（品質保証期限が同じもの）である必要がございます。
後からブランクバッジだけをご注文頂いても、同じ製造日の商品をご用意できませんので、測定に使用する測定バッジとブランクバッジは必ずまとめてご注文下さい。
- ・ ブランクバッジは測定中の測定バッジFの近くに置いて下さい。同時に複数の部屋を測定する場合は、いずれか1室に置いて下さい。
- ・ 測定後は「アセトアルデヒド分析依頼用紙」「ブランクバッジ」「測定済みのバッジ」「分析結果報告書」をまとめて分析機関にお送り下さい。
- ・ 「特急分析」をご希望の場合は、ブランクバッジの分も特急分析料金が必要となります。
- ・ アセトアルデヒドの分析をご希望の場合、測定バッジFの分析結果報告書にはホルムアルデヒドとアセトアルデヒド両方の分析結果が記載されます。